プロビドック
取扱説明書

2014 年 02 月 19 日改訂

村中医療器株式会社

はじめに

この度は、プロビドックをご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、プロビドックの正しい取扱方法について説明しています。

プロビドックを正しくご使用いただくために、ご使用の前に必ず本書をお読みください。

※お読みになった後は、お使いになるときにいつでも見られるよう、大切に保管してください。

目次

1. 安全上の警告・注意----------1
2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造----------2
3. 組立・設置方法----------3
4. 一般的な使用方法とその注意事項----------4
5. 清掃、保管方法に関する事項----------5
6. 仕様----------5
7. アフターサービスとその連絡先に関する事項----------5
8. 保証----------6

1. 安全上の警告・注意

使用する前に、この「安全上の警告・注意」をよく読んで、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取扱をすると生ずることが想定される内容を「警告」「注意」に二つに区分して示しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告：絶対にしてはいけない「警告」事項です。

この警告事項を無視して使用した場合、極めて重大な有害事象や機器の不具合につながる可能性があります。

1. 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。
2. 適切に取り付けることができない機器や、人の搬送には使用しないでください。
3. 積載物は、約 28 kgを超えないようにしてください。
4. ガートル架のフック 1 個あたり 2 kg以上のものを取り付けないでください。
5. 平らな場所でご使用ください。10 度以上の傾斜がある場合は、使用しないでください。

⚠ 注意：ご使用の際、「注意」していただく事項です。

この注意事項を無視して使用した場合、ケガや機器の損傷などの事故につながる可能性があります。

1. 構成品は純正品をご使用ください。
2. 積載物が適切に取り付けられ、安定していることを確認してください。特に、シリンジポンプや輸液ポンプがしっかり固定されているかを確認してください。
3. 本品とベッドを連結する際は、本品のキャスターのストッパーを解除してください。また、本品を移動させる際も、キャスターのストッパーを解除してご使用ください。
4. 本品を使用していないときや保管する際は、必ずキャスターのストッパーをかけてください。なお、キャスターにストッパーをかけていても、床と適切に接地していない場合、動く可能性があります。
5. 本品をベッドに連結して移動させる場合、安定しているかを確認してください。
6. オプション品を設置する場合、取り付けた後も安定しているかを確認してください。
7. 使用前に、各接続部のゆるみやガタつきがないかを確認してください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

必要な機器を本品に積載しベッドと合体することで、患者搬送時に迅速な搬送が可能です。



【別売品】

ファイルホルダー

多用途バスケット

ボンベ架台

注文コード	品番	商品名	備考
030-121-71	295486	ﾌﾟﾛﾋﾞﾀ ﾌﾟﾛﾋﾞﾄﾞｯｸ	ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾊﾞｰ 600 ㎜含む
030-121-72	250173	ﾌﾟﾛﾋﾞﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾊﾞｰ 600mm	別売品
030-121-73	250146	ﾌﾟﾛﾋﾞﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾊﾞｰ 450mm	別売品
030-121-74	250100	ﾌﾟﾛﾋﾞﾀ ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾙﾀﾞｰﾊﾞｰ 300mm	別売品
030-121-75	244552/2	ﾌｧｲﾙﾎﾙﾀﾞｰ	別売品
030-121-76	237932	多用途ﾊﾞｽｹｯﾄ	別売品
030-121-77	237905	ﾎﾞﾝﾍﾞ架台	別売品

3. 組立・設置方法

1） レール位置の調整方法



①調整したいレールのネジを付属の六角レンチで緩めます。
ネジはレールの左右に２本ずつあります。

②レールを任意の位置へ移動させ、ネジを締めてしっかりと固定してください。

> ⚠ 注意
> レールが床面と平行になっていることを確認してください。

2） ポンプホルダーバーの調整・取付方法



①つまみを緩めて上方の接続部の位置を調整可能な状態にします。

②ポンプホルダーバーの上下の接続部をレールにひっかけ、つまみをしっかり締めつけてください。ポンプを取り付けたい側にバーが来るように設置してください。

> ⚠ 注意
> 必ず上下の接続部がレールにしっかりとはまっていることを確認してください。

③上方のレバーを 90° 回転させて（左右いずれでも可。右図は左に回転させた場合）しっかり固定します。下方の接続部も同様にレバーで固定します。



> ⚠ 注意
> - 必ず上下の接続部がレールにしっかりと固定され、安定していることを確認してください。
> - レバーを回転させる際、手を挟まないように注意してください。

3） ファイルホルダー，多用途バスケット（別売品）の取付方法



それぞれサイドポール下方にしっかりと固定してください。

①ファイルホルダーは、六角レンチでネジを緩め、左右どちらかのサイドポールの任意の位置に取り付けます。ネジを締めてしっかりと固定してください。

②多用途バスケットは、黒いつまみを緩め、左右どちらかのサイドポールの任意の位置に取り付けます。黒いつまみを締めてしっかりと固定してください。

4） ボンベ架台の取付方法

①ボンベを取り付ける前に、ボンベ架台を一番下方のレールにしっかりとはめ込んでください（下図参照）。
②ボンベ架台の底部がベースにしっかり接触するようにレールの高さを調整してください。
③ボンベを取り付けた後、バンドを締めて固定してください。



⚠ 注意
ボンベ架台がレールにしっかりと固定され、底部がベースに安定していることを確認してから、ボンベを取り付けてください。取り付けた後、必ずバンドを締めてください。

4. 一般的な使用方法とその注意事項

1） ベッドフレームとのドッキング方法

①レールの間隔がドッキングに必要なだけ確保されているか確認してください。レール位置は、調整可能です。
②両方のノブを手で持ち上げながら、本品をベッドフレームに移動させます。
③ドッキングフックをベッドフレームに連結してください。



⚠ 注意
- ベッドとプロビドックとが確実に連結していることを確認してください。
- 移動時にはキャスターのストッパーが解除されていることを確認してください。
- ベッドとプロビドックとの間にチューブやケーブル等が挟み込まれていないか必ず確認してください。

2) ガートル部の高さ調整方法

任意の高さで固定可能です。

①上げるとき
ガートル架を上方に引き上げることで高さを調整できます。
②下げるとき
右図のように、親指でアジャスターを押し上げるとロックが解除され、ガートル架を下げることができます。アジャスターを離すと自動でロックされます。



5. 清掃、保管方法に関する事項

アルコールで湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

⚠ 注意
自動洗浄装置で洗浄しないでください。

6. 仕様

プロビドック本体		別売品	
材質	ステンレス製	ポンプホルダーバー600㎜	φ25㎜　重量 0.9 kg
サイズ	685×410×1720～1920㎜	ポンプホルダーバー450㎜	φ25㎜　重量 0.7 kg
重量	約 52kg	ポンプホルダーバー300㎜	φ25㎜　重量 0.5 kg
耐荷重	約 28kg	ファイルホルダー	95×330×170㎜ 重量 1.4 kg
レールサイズ	685×10×25㎜	多用途バスケット	90×250×200㎜ 重量 0.9 kg
ガートル架フック１個あたりの最大積載荷重	2 kg	ボンベ架台	直径 100㎜ で 500 リットルのボンベのみ対応,160×130×400㎜　重量約 2.3 kg
キャスター	φ100㎜　2 輪ブレーキ付		

7. アフターサービスとその連絡先に関する事項

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

8. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ) 本書の提示がない場合。
   (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ) 消耗部品。
   (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、*プロビドック* をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります。 This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名:*プロビドック* ご芳名 ご住所 TEL. ( )	お買い上げ店名 印 住所 TEL. ( ) お買い上げ日 年 月 日

販売元:村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546